

БК-12

Бачок для испытания кипячением

Предназначен для определения равномерности изменения объема

цемента по ГОСТ Р 310.3 и EN 196.

В бачке используется блок управления, устанавливающий автоматически режим быстрого закипания воды и режим поддержания воды в кипящем состоянии. Для размещения колец с цементным тестом служит 12-ти местная проволочная рамка.



Бачок дополнительно комплектуется следующими приспособлениями: кольцо Ле-Шателье - 12 штук; стеклянная пластинка - 24 штуки; пригруз; устройство для контроля упругости колец Ле-Шателье - 1 шт.

Технические характеристики

Время нагревания воды до кипения, мин	30 ± 5
Потребляемая мощность при нагревании воды, не более, кВт	2,1
Параметры питания	380 В, 50 Гц
Потребляемая мощность при поддержании воды в кипящем состоянии, не более, кВт	0,5
Габаритные размеры, не более, мм	420 x 170 x 360
Масса, не более, кг	18